

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310204  
**CÓDIGO / CODE** 110166  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040180MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 6X30ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101661834  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2019

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040030MMWS  
LOTE / LOT: 1101671832  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.46
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.002
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	80.7 - 111	93.7
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	216 - 298	251.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control